

График поверки средств измерений филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" на 2020 год

ПО ЮВЭС

№ п/п	Код вида измерений	Наименование СИ	Тип СИ	Заводской номер	Метрологические характеристики		Периодичность поверки (месяцы)	Дата последней поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки (месяц)	Сфера госрегулирования
					Класс точности, погрешность	Предел (диапазон) измерений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28	Барометр-анероид	БАММ-1	973	0,2	80 кПа - 106 кПа	12	31.05.2018	Подрядная организация	5	12
2	28	Барометр-анероид	БАММ-1	285	0,2	80 кПа - 106 кПа	12	31.05.2018	Подрядная организация	5	12
3	28	Барометр-анероид	БАММ-1	512	0,2	80 кПа - 106 кПа	12	25.05.2018	Подрядная организация	3	12
4	34	Калибратор тока	Fluke 725	1090062	0,02	0-24 мА	36	26.03.2017	Подрядная организация	3	34
5	28	Весы лабораторные равноплечные 2-го класса	ВЛР-200Г-М	Н-29-69	0,12	0 г - 200 г	12	26.10.2018	Подрядная организация	11	7
6	28	Весы электронные неавтоматического действия	РА-512	В446252941	0.1	0.2 г - 510 г	12	17.08.2018	Подрядная организация	8	7
7	28	Дальномер ультразвуковой	Даль	13544	1	3.5 м - 15 м	12	05.06.2018	Подрядная организация	6	5
8	28	Динамометр	ДПУ - 0,5/2	1042	0.2	0.005 - 0.5	24	07.11.2017	Подрядная организация	9	5
9	28	Динамометр	ДПУ 0,5/2	722	50 кг	0.005 - 0.5	12	04.05.2018	Подрядная организация	5	5
10	28	Динамометр	ДПУ-0,5	567	1.5	0.005 - 0.5	24	18.04.2018	Подрядная организация	4	5
11	28	Динамометр	ДПУ-0,5/2	239	1.5	0.005 - 0.5	12	07.12.2018	Подрядная организация	8	5
12	28	Динамометр	ДПУ-05-2	979	1.5	0.005 - 0.5	12	08.08.2018	Подрядная организация	8	5
13	28	Динамометр	ДПУ-10	132	1.5	0.1 - 10	12	04.05.2018	Подрядная организация	5	5
14	28	Динамометр	ДПУ-10-2	3523	1.5	0.1 - 10	24	18.04.2018	Подрядная организация	4	5
15	28	Динамометр	ДПУ-5-2	97	1.5	0.05 - 5	24	18.04.2018	Подрядная организация	4	5
16	28	Динамометр	ДР 3	3552	50 кг	3 т - 5 т	12	04.05.2018	Подрядная организация	5	5
17	28	Измеритель	Даль	9143	1	3.5 м - 15 м	12	10.04.2018	Подрядная организация	4	5
18	27	Измеритель расстояния	"Даль"	9144	1	3.5 м - 15 м	12	03.05.2018	Подрядная организация	5	5

25		Оптический тестер	FOT-600-23BL	481099	5	Полоса пропускания 150 МГц	36	23.11.2017	Подрядная организация	11	20
26	35	Измеритель каналов	ТЧ-ПРО-1-0	52271	0,5	300 – 3800	36	11.05.2017	Подрядная организация	5	20
27	35	Измеритель каналов	ТЧ-ПРО-1-0	52259	0,5	300 – 3800	36	11.05.2017	Подрядная организация	5	20

ИТОГО по филиалу 5120 шт

Начальник СМиККЭЭ



А.Н. Фёдоров